



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

US.C.34.004.A № 46474

Срок действия до 11 мая 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Калибраторы процессов документирующие Fluke 753 и Fluke 754

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма Fluke Corporation, США

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 49876-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 49876-12

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **11 мая 2012 г. № 328**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Е.Р.Петросян

"08" 2012 г.

Серия СИ

№ 004639

Срок действия до 10 апреля 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **10 апреля 2017 г. № 734**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2017 г.