



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

US.C.34.004.A № 46504

Срок действия до 18 мая 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Клещи токоизмерительные ручные FLUKE 317 и FLUKE 319

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма Fluke Corporation, США

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 49917-12

ДОКУМЕНТЫ НА ПОВЕРКУ

ГОСТ 8.366-79, МИ 1202-86, ГОСТ 8.497-83, МИ 2159-91

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **18 мая 2012 г. № 354**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Е.Р.Петросян

"07" 2012 г.

Серия СИ

№ 004733

Срок действия до 10 апреля 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **10 апреля 2017 г. № 734**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2017 г.